

Eurofins Polska Sp. z o.o.  
 Aleja Wojska Polskiego 90 A  
 PL-82 200 Malbork  
 PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA  
 Dąbrówki 16  
 PL-40 081 Katowice  
 POLSKA  
 Tel: +48 32 78 10 707, Fax: +48 32 78 10 710  
 www.eurofins.pl

Młyn Oliwski Sp. z o.o.  
 Spacerowa 18  
 80-330 Gdańsk  
 POLSKA

Data raportu 22.02.2019

## Raport analityczny AR-19-RE-012097-03

Uzupełnienie raportu numer: AR-19-RE-012097-02



### Numer próbki 122-2019-00016156

Rodzaj próbki	Suplement diety BioChlorella Bene Vobis
Wysyłający próbkę	Młyn Oliwski Sp. z o.o.
Zlecający badania	Młyn Oliwski Sp. z o.o.
Data zlecenia klienta	15.02.2019
Data przyjęcia próbek	18.02.2019
Próbki dostarczone przez	firmę kurierską
Stan próbek/temp. transportu	bez zastrzeżeń/temp. otoczenia
Data pobrania próbki	15.02.2019
Próbki pobrane przez	Zleceniodawcę
Sposób pobrania próbki/próbek	nie objęta planem pobierania
Cel badania	spełnienie wymagań prawnych
Termin przydatności	11.2021
Numer partii	SR0RGGXQ2181201P / ZN0067-1
Opakowanie	puszka PET
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	18.02.2019
Data zakończenia badania	21.02.2019

## Wyniki badań

JC00U	WWA 4 acc. EFSA (A)			
Metoda	Metoda własna, GC-MS			
Badania zostały wykonane przez Eurofins WEJ Contaminants GmbH (Hamburg), nr akredytacji D-PL-14602-01-00				
Benzo(a)antracen		1.0	µg/kg	± 0.4
Benzo(a)piren		<0.5	* µg/kg	
Benzo(b)fluoranten		1.9	µg/kg	± 0.7
Chryzen		2.9	µg/kg	± 0.9
Suma WWA		5.8	µg/kg	
		Limit 50ug/kg		

\* = Poniżej określonego poziomu oznaczalności

A = Metoda akredytowana

+/- Niepewność wyniku badania wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek. Wynik i związana z nim niepewność odnoszą się do badanej próbki

AR-19-RE-012097-02

Raport uzupełniony o kolejny numer serii.



---

Zatwierdzający: Natalia Papaja-Licberska  
Analytical Service Manager

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek
2. Wyników badań nie można powielać za wyjątkiem ich całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru w przypadku, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku badania lub dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz na życzenie Klienta
4. Klient ma prawo do złożenia skargi na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą pocztową lub faksem.